

目 录

一、概述	2
二、适用标准及使用范围	2
三、主要技术指标和参数	2
四、仪器结构和特点	2
五、工作原理	4
六、使用方法及操作步骤	4
七、仪器的校准说明	11
八、注意事项	13
九、仪器维护	13
十、仪器成套和技术文件	14

本仪器为精密、高温试验仪器，
请务必详阅说明书，谨慎操作，注意安全！

一、产品概述

LYBS-10 全自动闭口闪点试验器，用于测定石油产品的闭口闪点值。本仪器采用彩色液晶屏幕显示，全中文人机对话界面，电容式触摸屏，开放式、模糊控制集成软件，模块化结构等技术；对可预置温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单，导向式输入的工作方式。本仪器自动化程度高，使用方便、快捷，符合中华人民共和国标准 GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》规定的试验要求，是理想的同类进口仪器的替代产品，可广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。

二、适用标准及适用范围

本仪器是根据国家标准 GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的。适用于按该标准规定的方法，测定石油产品用闭口杯、在规定条件下，加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度，即闭口杯法闪点。

三、主要技术指标和参数

- 1、工作电源： AC220V \pm 10%， 50Hz；
- 2、温度测量： 量程：室温 \sim 350 $^{\circ}$ C；
重复性： \leq 2 $^{\circ}$ C；再现性： \leq 4 $^{\circ}$ C；
分辨性：0.1 $^{\circ}$ C；精度：0.5%；
- 3、基数参数： 升温速度：符合 GB/T261-2008 标准；
点火方式：电子点火或气体点火两种方式；
- 4、环境温度： (10 \sim 40) $^{\circ}$ C；相对湿度： \leq 80%；
- 5、整机功耗： 不大于 500W。

四、仪器结构和特点

(一) 仪器结构

1、仪器结构正视图（见图 1、图 2 所示）各标号意义如下：

1、电源开关；2、打印机；3、液晶显示屏；4、操作键盘；5、加热试验装置（见序号 10~16）；6、升降臂；7、试样油杯；8、杯座；9、火焰调节旋钮；10、加热浴套；11、杯盖；12、温度传感器；13、闪点检测传感器；14、搅拌轴；15 引火口；16 点火器。




图 2

图 1

注 1：燃气进气口在仪器的后面左下角处。

注 2：升降臂的上升下降是自动完成的，切不可用手强行扳上扳下，以免损坏升降臂！

注 3：闪点检测传感器须保持清洁，否则将降低检测的灵敏度！

(二) 仪器特点

- 1、采用彩色液晶大屏幕显示，全中文人机对话界面，电容式触摸屏，对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有提示菜单导向式输入。
- 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线，具有中文误操作软件提示修改功能配试验日期、试验时间等参数提示功能。
- 3、储存 250 组历史数据。
- 4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
- 5、微分检测，系统偏差自动修正。微分数据可随时根据具体样品调整。
- 6、开盖、点火、检测、打印数据自动完成，试验臂自动升起和落下。
- 7、电点火和气点火两种方式，强制风冷。
- 8、带仪器自检功能。
- 9、能够随时手动开盖，检查样品的闪点情况。
- 10、能够随时调整滞后温度，扩大仪器的测量范围。
- 11、能够自动判读实验结果是否符合 GB/261-2008 的规定要求。

五、工作原理

本仪器在国家标准 GB/T261-2008 规定的条件下，把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的凝合成气体在火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。

计算机根据所采集的温度变化情况由 I/O 口发出指令，控制加热器，使试验油温度按一定速率上升，扫描周期、点火时间、微分检测等均实施自动控制，当闪火被测出时，计算机系统停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热，关闭火焰，大臂自动抬起，实验结束。

六、使用方法及操作步骤

（一）测试前的准备

- 1、本仪器为自动仪器，在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
- 2、仔细阅读中华人民共和国标准 GB/261-2008, 了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
- 3、按 GB/T261 标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。
- 4、检查仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
- 5、检查仪器的外壳，必须处于良好的接地状态，电源线应有良好的接地端。

（二）仪器安装

- 1、打开仪器包装，检查仪器有无破损。
- 2、按装箱单核对仪器型号及配件。
- 3、检查仪器无误后方可进行仪器的调试。

（三）机器开机准备

- 1、将仪器平稳的放在仪器台面上，电源线插入本仪器的电源插座。供电电源应有良好的接地端。
- 2、液化气或乙炔气经减压阀接入气源插孔内并检查是否漏气。（如果使用电点火，可以省略此步骤。）
- 3、试验油杯用石油醚清洗干净。

（四）试验步骤

- 1、打开电源开关，显示屏显示产品名称。见图 3




图 3

按功能键分别进入个功能界面，下面介绍各界面功能。

(1) 历史数据界面

按历史数据界面键进入图 4 界面。该界面纪录试验次数、日期、试验杯数、试验序号、闪点值等。

次数	日期	杯号	标号	闪点	修正	
0001	00/00/00	0	000	000	000	上翻一屏 下翻一屏 全部删除 删除一条 打印数据 退出
0002	00/00/00	0	000	000	000	
0003	00/00/00	0	000	000	000	
0004	00/00/00	0	000	000	000	
0005	00/00/00	0	000	000	000	
0006	00/00/00	0	000	000	000	
0007	00/00/00	0	000	000	000	
0008	00/00/00	0	000	000	000	
0009	00/00/00	0	000	000	000	
0010	00/00/00	0	000	000	000	
0011	00/00/00	0	000	000	000	
0012	00/00/00	0	000	000	000	
2007年11月07日10时13分12秒						

图 4

上翻一屏：按此键试验数据上翻一个数据界面。

下翻一屏：按此键试验数据下翻一个数据界面。

全部删除：按此键删除全部历史保存试验数据。

删除一条：按此键删除界面中当前行试验数据。

打印数据：按此键打印当前界面中试验数据。

退出：按此键退出当前界面返回主界面。

按打印键；当打印机电源未开时，界面会提示“请检查通讯电缆”界面；
见图 5。




图 5

(2) 参数设置界面

按参数设置键进入图 6 界面。该界面预置试温度、标号、试验杯数、大气压强
气压强
滞后温度、打印状态设置等。




图 6

增加数值：按此键增加数据设置。

减小数值：按此键减小数据设置。

移动光标：按此键移动光标设置。

光标换行：按此键光标换行设置。

时钟设置：按此键进入时钟设置界面。

保存退出：按此键保存数据返回主界面。

(3) 时钟设置界面（图 7）




图 7

增加数值：按此键增加数据设置。

减小数值：按此键减小数据设置。

移动光标：按此键移动光标设置。

时钟设置：按此键进入时钟设置界面。

保存退出：按此键保存数据返回主界面。

(4) 样品测试界面

按该功能键进入提示工作界面，将干燥试样杯加入试样放入加热浴内，需要开始时按开始键，见（图 8 界面提示）。升降臂自动落下，气源接通，试验开始计时，试验工作界面见图 9。




图 8




图 9

(五) 实验过程说明

1、工作界面介绍

- (1) 该界面显示当前试样温度。
- (2) 时间与温升函数曲线关系。
- (3) 预置试验温度，试验滞后温度，打印机状态。

2、实验说明过程

- (1) 若该油样为变压器油，其闪点温度为 150℃，应设置温度为 150℃，仪器在低于预置温度 20℃——即 130℃时开始点火。若不知油样闪点温度时，由低温到高温设置，并设置滞后温度。
- (2) 预置试油标号、油样的顺序号便于记录，可记录 1~999 编号。
- (3) 根据地区海拔高度不同，试验结果有相对误差，输入地区大气压强值，仪器可自动校正大气压强对试验的影响，得到经修正后的闪点或燃点值，参阅 GB/T 261-2008 标准。

输入当地环境大气压强值，按下列公式计算：

$$T_c = T_o + 0.25(101.3 - p)$$

T_c ----- 经修正后的闪点或燃点，℃；

T_0 ---- 环境大气压下的观察闪点或燃点， $^{\circ}\text{C}$ ；

P ----- 环境大气压，kPa。

本公式精确修正仅限在大气压为 98.0-104.7kPa 范围之内。

(4) 移动光标按提示选择设定位置，按“数值修改”，键输入当前的参数值。

(5) 参数设置完成后，按保存退出键返回主界面，按样品测试键进入图 8 界面。

按“开始”键此时试验臂自动下降进入测试工作界面。界面显示当前温度，进入控制温度状态。进入测试分为两种工作状态 a\步骤 A\步骤 b 两种工作状态。具体实验方法请见 GB/T 261-2008 标准、进行操作。

(6) 电子点火装置每一分钟点火一次点燃火嘴将气源点燃，并调整火焰高度为 3~4 mm，（初次实验室调整）仪器进入自动测试状态，打印机工作状态指示灯亮，仪器显示升温 and 试验时间，试验过程符合 GB/T261-2008 标准。

(7) 自动测试过程中，选择开盖键，此时仪器自动开盖点火一次（自动提前 20°C 点火），可随时检查在开盖前闪火值，可检查所设温度是否适中。

(8) 当预置温度值偏低并达到上限时按滞后温度每按一次温度延后 10 度。

(9) 温度达到闪点值自动检测闪点值，液晶屏锁住当前温度值、试验时间，大臂自动上升，数据被存储，实验失败数据不被存储，打印试验数据，自动关闭气源阀门，测试工作完成。仪器同时风冷，当仪器冷却达到低于预置温度 60°C 时，方可进行下一杯试验。试验结束界面见图 11，打印数据见图 12。




图 11




图 12

(六) 几种测试过程说明

- 1、当温度达到预闪点时第一次开盖被检出计算机自动判别为无效值终止, 试验臂自动上升, 数据不被锁存, 重新试验见图 13。




图 13

- 2、当连续开盖超过预置温度加滞后温度值时，仍没有闪火现象，计算机自动判别终止试验，试验臂自动上升，数据不被存储重新试验，见图 14。




图 14

3、仪器自检功能

当使用者需要检查仪器工作状态时可按仪器自检键，仪器完成自动升降，自动扫描、自动盖盖功能检测，工作正常返回主界面；若工作异常，仪器自动提示，待检查处理故障后方可继续工作。见图 15、16。

4、当测试成功，仪器会自动判别测试结果是否符合 GB/T261-2008 标准中规定的要求，观察闪点到最初温度在 18 度—28 度之间为合格，界面提示为有效值，否则界面提示为无效值。




图 15




图 16

七、仪器的校准说明

当仪器校准温度时应在制造厂商的指导下进行，否则会破坏仪器出厂时初始值，影响仪器正常使用，校准方法如下，见图 17。




图 17

1、输入仪器密码

需要校准仪器温度时，在主界面按温度校准键进入图 18 界面，该界面显示密码区，在密码区下面显示当前温度值，按光标提示输入密码（出厂时设定值）进入校准界面。

2、校准方法（见图 18）

(1) 校准传感器温度：将精密电阻箱按界面提示拨到 0100 欧，按确定键进入下一界面见图 19（不可按温度修正键）。同样方法按提示界面作第二校准。




图 18




图 19

界面参数值，按确定键进入参数确定提示界面见图 20。若校准差异较大，按重新校准键重新校准。直至接近此值为宜。按保存退出键返回。

(2) 温度误差校准（见图 21）

A、当屏幕显示温度与浴内实际温度出现误差时可按此功能校准按校准功能键进入图 18 界面时，按温度修正键（切不可按确定键以免误入传感器校准功能界面，如误按确认键，按退出键返回）进入图 21 界面，将光标移至温度修正位置，修改修正值即可。用户不可随意修改，如需修改可在技术人员指导下进行。




图 21

3、热偶修正

该功能为仪器检测灵敏度修正，用户不可随意修改，如需修改可在技术人

员指导下进行。

4、点火时间

该功能为仪器点火时间修正，用户不可随意修改，如需修改可在技术人员指导下进行。

八、注意事项

- 1、仪器应在无腐蚀环境下使用。更换试样时，油杯必进行清洗。
- 2、试样加热发生膨胀时检测环侵入油中可按手动上升、下降键时，调正要适当范围不可过大。
- 3、闪点检测环需保持干净，若有油污，可用滤纸沾干以免影响检测灵敏度。
- 4、仪器不用时，应放置在温度 10~40℃，相对湿度 80%以下，空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
- 5、如使用说明书与实际操作有差异时以仪器为准。
- 6、当用气体点火方式和电子点火方式作出实验有偏差时，以气体点火方式的结果为准。

警告：仪器发生故障时应立即切断电源，待仪器完全冷却后请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

九、仪器维护

序号	故障原因	排除方法
1	打开电源，液晶屏无显示	1、检查电源是否插好 2、打开仪器侧板检查各插头是否有松动
2	试验重复性误差较大	1、检查试验环境是否符合要求 2、检查显示屏显示温度，需要时重新校准

		3、检测环有油影响灵敏度，要用滤纸沾干
3	1、不加热 2、点不燃点火嘴	1、检查加热电炉，若坏则更换 2、检查气路，是否堵塞或气源是否调整好
4	降臂不升或不降	电机与升降臂螺丝脱落

十、仪器成套和技术文件

1、仪器成套

序号	名 称	单位	数量
1	全自动闭口闪点测定仪	台	1
2	油杯	个	1
3	电源线（250V 10A）	根	1
4	打印纸	卷	1

2、技术文件

- | | |
|-------------|-----|
| (1) 产品使用说明书 | 1 份 |
| (2) 产品合格证 | 1 份 |