



广州晶欣生物科技有限公司 质检报告

产品名称	5ml 连盖离心管	产品编号	JEP0005
批号	230320	数量	抽样
来源	广州晶欣生物科技有限公司	包装规格	300个/包, 20包/箱
检验日期	230321	报告日期	230321
生产日期	230320	有效日期	260215

检验项目与结果

项目	标准	结果	
外观	产品透明, 无明显毛刺、缺胶、油污、飞边、裂痕, 无明显黑点、刮花、弯曲等不良现象。 锥底进胶点: 无明显毛刺, 无穿孔。	符合要求	
部分缺陷限度	缺胶、变形、裂痕	产品不得有缺胶、变形、裂痕。	符合要求
	毛边、毛刺	微量管的锥底毛刺及管口处毛边不明显。	符合要求
	黑点	允许在手臂长的距离(自然光下大约 30 厘米)内看不出来的小黑点, 大小<0.3mm, 但数量不得超过 2 个。	符合要求
管口、盖帽匹配	管口、盖帽匹配扣合时, 松紧度适合, 操作顺畅。	符合要求	
相对离心力	最大相对离心力 RCF=21000xg	符合要求	
单个产品净重	0.95 g(±0.1g)	符合要求	
包装检验	核对批号	批号打印应正确、字迹清晰、端正。	符合要求
	封袋检查	封口边缘无漏气, 紧密性良好。	
	包装规格	500 个/包/盒, 10 盒/箱	
	包装检查	包装数量准确, 无装错、倒装、漏装, 标签粘贴牢固、内容无误, 产品装放方向一致, 封口牢固。	
性能测试	内毒素测试	2020 版中国药典四部通则 1143 细菌内毒素检查法	细菌内毒素限值(L)<0.50
	无 DNase/RNase	琼脂糖凝胶电泳法	符合要求

检验人:

审核人:

检验时间: 2023年3月21日

