

血清移液管出货检验报告单

SH/QR-8.2.6-27

No.: 230-7

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|-------|------|----------|
| 产品名称 | 血清移液管 | 货号 | P8500 | 产品批号 | 07202024 |
| 客户名称 | 勒拿医疗 | 材料 | PS | 批量数量 | 3000 |
| 检验项目 | 标准 | | | 结果 | 判定 |
| 1 | 外观 | 表面光洁、管体透明，无明显划伤、裂纹、凹线 | | 符合要求 | 合格 |
| | | 滤芯无脏污、无缺失、位置准确 | | 符合要求 | 合格 |
| | | 刻度线清晰完整，无缺失和模糊不清 | | 符合要求 | 合格 |
| | | 拉伸孔径大小均一、无裂口或碎裂； 焊接件无掉头和歪斜，管内无飞边； | | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 性能 | 容量符合标准值的±3% | | 符合要求 | 合格 |
| | | 管路通畅，无堵塞和漏液现象 | | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 尺寸 | 尺寸符合图纸设计要求 | | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 包装 | 外箱整洁，包装数量准确，内包装无破损 | | 符合要求 | 合格 |
| | | 标识正确、清晰，标签位置符合要求 | | 符合要求 | 合格 |
| 检验结论： <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 </div> | | | | | |

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者:  日期: 2024 年 07 月 30 日

复核者:  日期: 2024 年 07 月 30 日

